

# Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia)

Item

10138

Sinônimos

Fibroscópio, Fibroendoscópio

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Endoscópio Flexível composto por fibra óptica para fins de diagnóstico médico. \*SÓ PODEM SER ESPECIFICADOS OS FIBROENDOSCÓPIOS.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1



Preço Sugerido

R\$ 63.645,00

Fibrobroncoscópio com ângulo de visão de no mínimo de 90 noventa graus, profundidade de aproximadamente 3 a 50 mm, capacidades de angulação de aproximadamente 180 graus para cima, 130 graus para baixo. Tubo de inserção com diâmetro externo máximo de 5,0 cinco mm, diâmetro distal de no máximo 5,0 cinco mm e comprimento de trabalho de aproximadamente 600 mm. Dotado de canal de trabalho com diâmetro de no mínimo 2,0 mm e comprimento total de no mínimo 850 mm. Devem acompanhar o equipamento: 01 um limpador de lente, 01 uma escova para limpeza, mala para transporte e acondicionamento do equipamento, cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento do equipamento, fonte de luz de no mínimo 175 W, com ajuste da intensidade luminosa, cabo de fibra ótica com conectores e 01 uma lâmpada reserva.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas



\*SÓ PODEM SER ESPECIFICADOS OS FIBROENDOSCÓPIOS, não é permitido solicitar o sistema completo de vídeo endoscopia, pois há um item com nomenclatura própria para essa finalidade. Para esse item, deve-se solicitar o tubo flexível (fibroendoscópio) e a fonte de luz (caso necessário com insuflador e jarra de água) desde que o mesmo funcione de forma independente do sistema. Deve ser informado qual a aplicação, ângulo de visão e se possui fonte de luz.

Não é permitido a solicitação de fibroendoscópios como parte e/ou acessório de um sistema de endoscopia.

Ambientes



Programa Estratégico / Componente



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	<a href="http://www.fujifilmamericas.com.br/">http://www.fujifilmamericas.com.br/</a>	(11)50914000
H. STRATTNER & CIA. LTDA.	<a href="http://www.strattner.com.br">http://www.strattner.com.br</a>	(21)21211300
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	<a href="http://www.olympusamericalatina.com">http://www.olympusamericalatina.com</a>	(11)30466400

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: [procot@saude.gov.br](mailto:procot@saude.gov.br)